

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Barium (Ba) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 5% HCl HPS-10M4-2-500

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | Barium (Ba) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 5% HCl |
| Artikelnummer | HPS-10M4-2-500 |
| Hersteller Artikelnummer | 10M4-2-500 |
| Alternativnummer | HPS-10M4-2-500-500 |
| Hersteller | High Purity Standards |
| Kategorie | Biochemikalien |
| Produktbeschreibung | Ba 10,000 µg/mL in 5% HCl 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3104. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited.... |