

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Gallium (Ga) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 10% HCl HPS-10M19-2-500

Artikelname	Gallium (Ga) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 10% HCl
Artikelnummer	HPS-10M19-2-500
Hersteller Artikelnummer	10M19-2-500
Alternativnummer	HPS-10M19-2-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Ga 10,000 µg/mL in 10% HCl, 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3119. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited....