

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Niobium (Nb) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 4% HNO<sub>3</sub> + 1% HF HPS-10M37-3-500

Artikelname	Niobium (Nb) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 4% HNO <sub>3</sub> + 1% HF
Artikelnummer	HPS-10M37-3-500
Hersteller Artikelnummer	10M37-3-500
Alternativnummer	HPS-10M37-3-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Nb 10,000 µg/mL in 4% HNO <sub>3</sub> + 1% HF 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3137. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....