

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Tellurium (Te) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 40% HCl HPS-10M56-2-500

Artikelname	Tellurium (Te) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 40% HCl
Artikelnummer	HPS-10M56-2-500
Hersteller Artikelnummer	10M56-2-500
Alternativnummer	HPS-10M56-2-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Te 10,000 µg/mL in 40% HCl, 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3156. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited....