

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Tin (Sn) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 5% HNO<sub>3</sub> + 2% HF HPS-10M61-3-500**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelname              | Tin (Sn) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 5% HNO <sub>3</sub> + 2% HF  |
| Artikelnummer            | HPS-10M61-3-500   |
| Hersteller Artikelnummer | 10M61-3-500   |
| Alternativnummer         | HPS-10M61-3-500-500   |
| Hersteller               | High Purity Standards   |
| Kategorie                | Biochemikalien  |
| Produktbeschreibung      | Sn 10,000 µg/mL in 5% HNO <sub>3</sub> + 2% HF 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3161. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |