

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Zirconium (Zr) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 2% HCl HPS-10M69-2-500

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelname              | Zirconium (Zr) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 2% HCl   |
| Artikelnummer            | HPS-10M69-2-500   |
| Hersteller Artikelnummer | 10M69-2-500   |
| Alternativnummer         | HPS-10M69-2-500-500   |
| Hersteller               | High Purity Standards   |
| Kategorie                | Biochemikalien  |
| Produktbeschreibung      | Zr 10,000 µg/mL in 2% HCl, 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3169. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |