

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **7-component Initial Verification Graphite Furnace Calibration Standard Contains: Preis auf Anfrage HPS-ICV-GFAA-500**

Artikelname	7-component Initial Verification Graphite Furnace Calibration Standard Contains: Preis auf Anfrage
Artikelnummer	HPS-ICV-GFAA-500
Hersteller Artikelnummer	ICV-GFAA-500
Alternativnummer	HPS-ICV-GFAA-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Graphite Furn Cal Std in 2% HNO <sub>3</sub> , (µg/mL) Arsenic, Lead, Selenium, Thallium at 2, Cadmium, Chromium, Silver at 0.4 in 2% HNO <sub>3</sub> . 12 months expiry date. Traceable to NIST 31XX series. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accre...