

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Lead (Pb) ICP-MS Standard at 10 µg/mL in 2% HNO<sub>3</sub> HPS-10-28-1-500

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikelname              | Lead (Pb) ICP-MS Standard at 10 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub>   |
| Artikelnummer            | HPS-10-28-1-500  |
| Hersteller Artikelnummer | 10-28-1-500  |
| Alternativnummer         | HPS-10-28-1-500-500  |
| Hersteller               | High Purity Standards  |
| Kategorie                | Biochemikalien   |
| Produktbeschreibung      | Pb 10 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub> 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3128. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited.... |