

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Bromide Anion IC Standard from Sodium Bromide at 1,000 µg/mL in H₂O HPS-IC-BR-M-500

Artikelname	Bromide Anion IC Standard from Sodium Bromide at 1,000 µg/mL in H ₂ O
Artikelnummer	HPS-IC-BR-M-500
Hersteller Artikelnummer	IC-BR-M-500
Alternativnummer	HPS-IC-BR-M-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Bromide1000 ug/mL in H ₂ O, 18 months expiry date. Traceable to NIST 3184. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited....