

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Fluoride Anion IC Standard from Sodium Fluoride at 1,000 µg/mL in H<sub>2</sub>O HPS-IC-FF-M-500

Artikelname	Fluoride Anion IC Standard from Sodium Fluoride at 1,000 µg/mL in H <sub>2</sub> O
Artikelnummer	HPS-IC-FF-M-500
Hersteller Artikelnummer	IC-FF-M-500
Alternativnummer	HPS-IC-FF-M-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Fluoride1000 ug/mL in H <sub>2</sub> O, 18 months expiry date. Traceable to NIST 3183. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited. Can be used as stock solution for EPA methods 300.1, 9056A and 35.250.3...