

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Selenium (Se) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HNO<sub>3</sub> HPS-100049-1-100**

Artikelname	Selenium (Se) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub>
Artikelnummer	HPS-100049-1-100
Hersteller Artikelnummer	100049-1-100
Alternativnummer	HPS-100049-1-100-100
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Se 1000 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub> 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3149. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited....