

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Copper (Cu) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 10% HCl HPS-10M14-2-100

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | Copper (Cu) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 10% HCl |
| Artikelnummer | HPS-10M14-2-100 |
| Hersteller Artikelnummer | 10M14-2-100 |
| Alternativnummer | HPS-10M14-2-100-100 |
| Hersteller | High Purity Standards |
| Kategorie | Biochemikalien |
| Produktbeschreibung | Cu 10,000 µg/mL in 10% HCl, 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3114. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited.... |