

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Lanthanum (La) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 2% HCl HPS-10M27-2-100

Artikelname	Lanthanum (La) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 2% HCl
Artikelnummer	HPS-10M27-2-100
Hersteller Artikelnummer	10M27-2-100
Alternativnummer	HPS-10M27-2-100-100
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	La 10,000 µg/mL in 2% HCl, 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3127. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited....