

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Manganese (Mn) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 10% HCl HPS-10M32-2-100**

Artikelname	Manganese (Mn) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 10% HCl
Artikelnummer	HPS-10M32-2-100
Hersteller Artikelnummer	10M32-2-100
Alternativnummer	HPS-10M32-2-100-100
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Mn 10,000 µg/mL in 10% HCl, 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3132. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited....