

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Scandium (Sc) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 4% HNO₃ HPS-10M48-1-500

Artikelname	Scandium (Sc) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 4% HNO ₃
Artikelnummer	HPS-10M48-1-500
Hersteller Artikelnummer	10M48-1-500
Alternativnummer	HPS-10M48-1-500-100,HPS-10M48-1-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Sc 10,000 µg/mL in 4% HNO ₃ , 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3148. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited....