

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Zirconium (Zr) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 2% HCl HPS-10M69-2-100

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | Zirconium (Zr) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 2% HCl |
| Artikelnummer | HPS-10M69-2-100 |
| Hersteller Artikelnummer | 10M69-2-100 |
| Alternativnummer | HPS-10M69-2-100-100 |
| Hersteller | High Purity Standards |
| Kategorie | Biochemikalien |
| Produktbeschreibung | Zr 10,000 µg/mL in 2% HCl, 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3169. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |