

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Cobalt (Co) ICP-MS Standard at 10 µg/mL in 2% HNO<sub>3</sub> 1000 mL HPS-10-13-1-1L**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikelname              | Cobalt (Co) ICP-MS Standard at 10 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub> 1000 mL   |
| Artikelnummer            | HPS-10-13-1-1L   |
| Hersteller Artikelnummer | 10-13-1-1L   |
| Alternativnummer         | HPS-10-13-1-1L-1000,HPS-10-13-1-1L-1   |
| Hersteller               | High Purity Standards  |
| Kategorie                | Biochemikalien   |
| Produktbeschreibung      | Co 10 ug/mL in 2% HNO <sub>3</sub> Expiry: 1 Year, 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3113. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited.... |