

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Chromium(VI) (Cr +6) Speciation Standard at 100 µg/mL in 2% HNO₃ HPS-100-12-7-250

Artikelname	Chromium(VI) (Cr +6) Speciation Standard at 100 µg/mL in 2% HNO ₃
Artikelnummer	HPS-100-12-7-250
Hersteller Artikelnummer	100-12-7-250
Alternativnummer	HPS-100-12-7-250-250
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Cr+6 100 µg/mL in 2% HNO ₃ 12 months expiry date. Certificate of Analysis includes lot-specific chromatogram. Traceable to NIST SRM 3112 for total chromium concentration and by IC against a second source standard for the speciated form. ISO 9001:2015 ...