

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Lead (Pb) ICP Standard at 100 µg/mL in 2% HNO₃ HPS-100-28-1-250

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | Lead (Pb) ICP Standard at 100 µg/mL in 2% HNO ₃ |
| Artikelnummer | HPS-100-28-1-250 |
| Hersteller Artikelnummer | 100-28-1-250 |
| Alternativnummer | HPS-100-28-1-250-250 |
| Hersteller | High Purity Standards |
| Kategorie | Biochemikalien |
| Produktbeschreibung | Pb 100 µg/mL in 2% HNO ₃ 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3128. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited.... |