

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Cesium/Caesium (Cs) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 1% HNO₃ HPS-10M11-1-250

Artikelname	Cesium/Caesium (Cs) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 1% HNO ₃
Artikelnummer	HPS-10M11-1-250
Hersteller Artikelnummer	10M11-1-250
Alternativnummer	HPS-10M11-1-250-250
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Cs 10,000 µg/mL in 1% HNO ₃ , 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3111. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited....