

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Manganese (Mn) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 10% HCl HPS-10M32-2-250

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | Manganese (Mn) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 10% HCl |
| Artikelnummer | HPS-10M32-2-250 |
| Hersteller Artikelnummer | 10M32-2-250 |
| Alternativnummer | HPS-10M32-2-250-250 |
| Hersteller | High Purity Standards |
| Kategorie | Biochemikalien |
| Produktbeschreibung | Mn 10,000 µg/mL in 10% HCl, 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3132. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited.... |