

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Tellurium (Te) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 5% HNO₃ + 2% HF HPS-10M56-3-250

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | Tellurium (Te) ICP Standard at 10,000 µg/mL in 5% HNO ₃ + 2% HF |
| Artikelnummer | HPS-10M56-3-250 |
| Hersteller Artikelnummer | 10M56-3-250 |
| Alternativnummer | HPS-10M56-3-250-250 |
| Hersteller | High Purity Standards |
| Kategorie | Biochemikalien |
| Produktbeschreibung | Te 10,000 µg/mL in 5% HNO ₃ + 2% HF 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3156. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |