

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Dangerous goods 4-component Contract Laboratory Program (CLP) ICP Interference Check Standard 1 Contains: HPS-CLP-INF-1-250

Artikelname	Dangerous goods 4-component Contract Laboratory Program (CLP) ICP Interference Check Standard 1 Contains:
Artikelnummer	HPS-CLP-INF-1-250
Hersteller Artikelnummer	CLP-INF-1-250
Alternativnummer	HPS-CLP-INF-1-250-250
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Interference Check Std 1 in 5% HNO ₃ , (µg/mL) Iron at 2,000, Aluminium, Calcium, Magnesium at 5,000 in 5% HNO ₃ . 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 31XX series. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....