

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Selenium (Se) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HNO<sub>3</sub> HPS-100049-1-50**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikelname              | Selenium (Se) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub>   |
| Artikelnummer            | HPS-100049-1-50  |
| Hersteller Artikelnummer | 100049-1-50  |
| Alternativnummer         | HPS-100049-1-50-50   |
| Hersteller               | High Purity Standards  |
| Kategorie                | Biochemikalien   |
| Produktbeschreibung      | Se 1000 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub> 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3149. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:20166 accredited.... |