

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Tungsten (W) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HNO<sub>3</sub> + 1% HF HPS-100063-3-50**

Artikelname	Tungsten (W) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub> + 1% HF
Artikelnummer	HPS-100063-3-50
Hersteller Artikelnummer	100063-3-50
Alternativnummer	HPS-100063-3-50-50
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	W 1000 µg/mL in 2% HNO <sub>3</sub> + 1% HF 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3163. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....