

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Chloride Anion IC Standard from Sodium Chloride at 1,000 µg/mL in H₂O HPS-IC-CL-M-50

Artikelname	Chloride Anion IC Standard from Sodium Chloride at 1,000 µg/mL in H ₂ O
Artikelnummer	HPS-IC-CL-M-50
Hersteller Artikelnummer	IC-CL-M-50
Alternativnummer	HPS-IC-CL-M-50-50
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Chloride 1000 µg/mL in H ₂ O, 18 months expiry date. Traceable to NIST 3182. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited. Can be used as stock solution for EPA methods 300.1, 335.2, 9056A, 9212, 9250 and 9251...