

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Strontium (Sr) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 1% HNO₃ HPS-100053-1-500

Artikelname	Strontium (Sr) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 1% HNO ₃
Artikelnummer	HPS-100053-1-500
Hersteller Artikelnummer	100053-1-500
Alternativnummer	HPS-100053-1-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Sr 1000 µg/mL in 1% HNO ₃ 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3153. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....