

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Lead (Pb) ICP Standard at 100 µg/mL in 2% HNO₃ HPS-100-28-1-500

Artikelname	Lead (Pb) ICP Standard at 100 µg/mL in 2% HNO ₃
Artikelnummer	HPS-100-28-1-500
Hersteller Artikelnummer	100-28-1-500
Alternativnummer	HPS-100-28-1-500-500
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Pb 100 µg/mL in 2% HNO ₃ 12 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3128. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....