

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### CLIA Kit for Xeroderma Pigmentosum, Complementation Group G (XPG) USC-SCB871HU

Artikelname	CLIA Kit for Xeroderma Pigmentosum, Complementation Group G (XPG)
Artikelnummer	USC-SCB871HU
Hersteller Artikelnummer	SCB871Hu
Alternativnummer	USC-SCB871HU-48, USC-SCB871HU-96
Hersteller	Cloud-Clone
Kategorie	Kits/Assays
Spezies Reaktivität	Human
Detektionsbereich	13.7-10,000pg/mL
Sensitivitaet	The minimum detectable dose of this kit is typically less than 5.9pg/mL
UniProt	<a href="#">P28715</a>
Proben	Tissue homogenates and other biological fluids
Anwendungsbeschreibung	Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection.