

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### CLIA Kit for Xanthine Dehydrogenase (XDH) USC-SCC608BO

Artikelname	CLIA Kit for Xanthine Dehydrogenase (XDH)
Artikelnummer	USC-SCC608BO
Hersteller Artikelnummer	SCC608Bo
Alternativnummer	USC-SCC608BO-48, USC-SCC608BO-96
Hersteller	Cloud-Clone
Kategorie	Kits/Assays
Spezies Reaktivität	Bovine
Detektionsbereich	1.37-1,000pg/mL
Sensitivitaet	The minimum detectable dose of this kit is typically less than 0.58pg/mL
UniProt	<a href="#">P80457</a>
Proben	Serum, plasma and other biological fluids
Anwendungsbeschreibung	Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection.