

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Human Glucose Transporter 2 / GLUT2 (SLC2A2) CLIA Kit ABX493405

Artikelname	Human Glucose Transporter 2 / GLUT2 (SLC2A2) CLIA Kit
Artikelnummer	ABX493405
Hersteller Artikelnummer	abx493405
Alternativnummer	ABX493405-96TESTS, ABX493405-5X96TESTS, ABX493405-10X96TESTS
Hersteller	Abbexa
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	CLIA
Spezies Reaktivität	Human
Detektionsbereich	1.56 ng/ml - 100 ng/ml
Sensitivitaet	< 0.64 ng/ml
Proben	Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.
Target-Kategorie	Glucose Transporter 2 / GLUT2 (SLC2A2)