

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Rat Farnesoid X Receptor (FXR) CLIA Kit ABX493411

Artikelname	Rat Farnesoid X Receptor (FXR) CLIA Kit
Artikelnummer	ABX493411
Hersteller Artikelnummer	abx493411
Alternativnummer	ABX493411-96TESTS, ABX493411-5X96TESTS, ABX493411-10X96TESTS
Hersteller	Abbexa
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	CLIA
Spezies Reaktivität	Rat
Detektionsbereich	0.156 ng/ml - 10 ng/ml
Sensitivitaet	< 0.053 ng/ml
Proben	Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.
Target-Kategorie	Farnesoid X Receptor (FXR)