

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Human Nucleoredoxin (NXN) CLIA Kit ABX495458

Artikelname	Human Nucleoredoxin (NXN) CLIA Kit
Artikelnummer	ABX495458
Hersteller Artikelnummer	abx495458
Alternativnummer	ABX495458-96TESTS, ABX495458-5X96TESTS, ABX495458-10X96TESTS
Hersteller	Abbexa
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	CLIA
Spezies Reaktivität	Human
Detektionsbereich	0.156 ng/ml - 10 ng/ml
Sensitivitaet	< 0.063 ng/ml
Proben	Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.
Target-Kategorie	Nucleoredoxin (NXN)