

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Human Methionyl Aminopeptidase 2 (METAP2) CLIA Kit ABX495506

Artikelname	Human Methionyl Aminopeptidase 2 (METAP2) CLIA Kit
Artikelnummer	ABX495506
Hersteller Artikelnummer	abx495506
Alternativnummer	ABX495506-96TESTS, ABX495506-5X96TESTS, ABX495506-10X96TESTS
Hersteller	Abbexa
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	CLIA
Spezies Reaktivität	Human
Detektionsbereich	0.156 ng/ml - 10 ng/ml
Sensitivitaet	< 0.058 ng/ml
Proben	Tissue homogenates and other biological fluids.
Target-Kategorie	Methionyl Aminopeptidase 2 (METAP2)