



Diagnostica Vertrieb GmbH, Leipziger Straße 4

85386 Eching, Germany

**Telephone:** +49 (0)89 3799666-6 | **Fax:** +49 (0)89 3799666-99

E-Mail: info@biozol.de

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## **Product Datasheet**

## Rat Semaphorin 3A (SEMA3A) CLIA Kit ABX495985

Artikelname	Rat Semaphorin 3A (SEMA3A) CLIA Kit
Artikelnummer	ABX495985
Hersteller Artikelnummer	abx495985
Alternativnummer	ABX495985-96TESTS, ABX495985-5X96TESTS, ABX495985- 10X96TESTS
Hersteller	Abbexa
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	CLIA
Spezies Reaktivität	Rat
Detektionsbereich	15.62 pg/ml - 1000 pg/ml
Sensitivitaet	< 6.7 pg/ml
Proben	Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.
Target-Kategorie	Semaphorin 3A (SEMA3A)