

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Human Neurofascin (NFASC) CLIA Kit ABX495996

Artikelname	Human Neurofascin (NFASC) CLIA Kit
Artikelnummer	ABX495996
Hersteller Artikelnummer	abx495996
Alternativnummer	ABX495996-96TESTS, ABX495996-5X96TESTS, ABX495996-10X96TESTS
Hersteller	Abbexa
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	CLIA
Spezies Reaktivität	Human
Detektionsbereich	0.312 ng/ml - 20 ng/ml
Sensitivitaet	< 0.115 ng/ml
Proben	Tissue homogenates and other biological fluids.
Target-Kategorie	Neurofascin (NFASC)