

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Human Period Circadian Protein 1 (PER1) CLIA Kit ABX496012

Artikelname	Human Period Circadian Protein 1 (PER1) CLIA Kit
Artikelnummer	ABX496012
Hersteller Artikelnummer	abx496012
Alternativnummer	ABX496012-96TESTS, ABX496012-5X96TESTS, ABX496012-10X96TESTS
Hersteller	Abbexa
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	CLIA
Spezies Reaktivität	Human
Detektionsbereich	27.4 pg/ml - 20000 pg/ml
Sensitivitaet	< 13.4 pg/ml
Proben	Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.
Target-Kategorie	Period Circadian Protein 1 (PER1)